



## **PREGÃO ELETRÔNICO 64/2021**

Resposta ao Fornecedor,

**A - Lote 23 - item 79: O descritivo solicita tira reagente afixada em base plástica. Visando o aumento da competitividade, poderão ser cotados produtos que seja apenas a tira reagente.**

Resp.: O teste pode ser apenas a Tira reagente composta por uma base plástica onde são acondicionados o filtro de amostra, com uma Linha de Teste e uma Linha de Controle.

**B - Gentileza esclarecer se os kits precisarão ser fornecidos com as lancetas, já que o edital solicita "kit completo para a execução do teste" e alguns itens mencionam amostra de sangue total.**

Resp.: O Kit não precisa ser fornecido com as lancetas, é padronizado no Laboratório que o exame de Gonadotrofina Coriônica Humana seja realizado apenas em soro (por punção venosa).

Atenciosamente,

---

Juliana Rodrigues Monteiro

RT – CRBM3: 5.662

João Monlevade, 11 de Janeiro de 2022.