

Ao ilustre Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de João Monlevade/MG

**Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 361/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2020**

*Objeto: Registro de preços visando aquisição futura de testes por imunofluorescência para a detecção quantitativa de anticorpos IGG E IGM ANTI-SARS-COV-2, destinados ao atendimento do Centro de Apoio ao Diagnóstico da Rede Pública Municipal.*

Prezados Senhores:

O Objetivo da presente é sugerir alteração no processo licitatório nº 361/2020 e Pregão Eletrônico nº 41/2020, para aquisição de testes para COVID-19, aumentando assim o leque de concorrentes com produtos de qualidade e preços acessíveis à Prefeitura. Portanto sugerimos aos senhores que este edital seja acrescentado a metodologia quimiluminescência conforme descrição abaixo:

#### **Anexo I – Termo de Referência**

##### **Onde se lê:**

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de anticorpos IgM /IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade clínica mínima de 95,8%, Especificidade clínica mínima de 97,0%.

##### **Leia-se:**

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) **e ou quimiluminescência** para determinação de anticorpos IgM /IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade clínica mínima de 95,8%, Especificidade clínica mínima de 97,0%.

#### **Item 5.5.2**

##### **Onde se lê:**

Sobre o teste IMUNOFLUORESCENTE:

- \* Detecção Antiviral IgG e IgM contra o SARS-CoV-2
- \* Sensibilidade superior a 98%
- \* Especificidade superior a 96%

##### **Leia-se:**

Sobre o teste IMUNOFLUORESCENTE **e ou QUIMILUMINESCÊNCIA:**

- \* Detecção Antiviral IgG e IgM contra o SARS-CoV-2
- \* Sensibilidade superior a 98%
- \* Especificidade superior a 96%

Lembrando que se a empresa vencedora for da metodologia quimiluminescência, ela deverá fornecer sem custos o equipamento e os consumíveis para realização dos testes.

Sendo assim, outros fornecedores poderão participar, uma vez que todos os kits desses diversos fornecedores, principalmente de quimioluminescência se equivalem.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antônio Carlos Ribeiro".

Scanlab Diagnóstica Ltda  
Antônio Carlos Ribeiro  
CPF nº 444.665.876-04