

**Resposta** 23/06/2022 08:34:26

Prezados, Em resposta ao pedido de esclarecimento segue resposta do setor técnico: Em resposta à impugnação do Item 32 - Eletrocardiografo, PE 28 2022 Processo 220/2022, manteremos o texto da descrição: Impressão em formato A4, permite o uso de bobina defax, interface para modem. O seja, o equipamento deverá ter interface com modem. Att. Érica Rabelo Pregoeira.

Fechar