

Re: Fwd: QUESTIONAMENTO APARELHO PARA VENTILAÇÃO...

Assunto: Re: Fwd: QUESTIONAMENTO APARELHO PARA VENTILAÇÃO JOÃO MONLEVADE PE20/2021 - MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS

De: erica.rabelo@pmjm.mg.gov.br

Data: 14/05/2021 10:16

Para: St. Licitações - Div. Compras - Pref. J. Monlevade <licitacoes@pmjm.mg.gov.br>, licita3@mundirepresentacoes.com.br

Prezada Michele,
Bom dia!!

Em resposta ao questionamento enviado ao Município, alegando não possuir equipamento modelo A30, marca PHILIPS, função não invasiva respondo:

O edital por objeto a licitação a aquisição de aparelho de ventilação "NÃO INVASIVA", BINÍVEL. A marca e modelo ofertado pela licitante vencedora modelo A30, marca PHILIPS é aparelho de ventilação NÃO INVASIVA, ATENDENDO DEVIDAMENTE AO EDITAL. Quanto a especificação de edital "opções: circuitos invasivos e não invasivos" este se refere ao fato do aparelho ser compatível com circuito de máscara (circuito não invasivo) e adaptação para traqueostomia (circuito invasivo). Salienta-se que em momento algum foi exigido no edital "função invasiva". O equipamento ora requisitado objetiva exclusivamente o atendimento a paciente que necessita de suporte respiratório de ventilação não invasiva binível e em uso de oxigênio suplementar.

Assim sendo, considero ter esclarecido as dúvidas.

Atenciosamente,

Érica Rabelo
Pregoeira

Em 2021-05-14 07:06, St. Licitações - Div. Compras - Pref. J. Monlevade escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

ASSUNTO:

QUESTIONAMENTO APARELHO PARA VENTILAÇÃO JOÃO MONLEVADE PE20/2021
- MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS

DATA:

Thu, 13 May 2021 17:03:25 -0300

DE:

Michelle - Mundi Representações
<licita3@mundirepresentacoes.com.br>

PARA:

licitacoes@pmjm.mg.gov.br

CC:

diretoria@mundirepresentacoes.com.br,
gerencia@mundirepresentacoes.com.br,
supervisao@mundirepresentacoes.com.br, 'Beatriz Peccia - Qualidade | Mundi Representações' <qualidade@mundirepresentacoes.com.br>